



河北秋珩检测科技有限公司
HEBEIQIUHENGJIANCKEKEJIYOUXIANGONGSI

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: QHJC20240823T005
Certificate No.

客户名称: 保定市第二医院
Client Name
联络信息: 东风西路338号
Contact Information
器具名称: WIFI温湿度变送器
Instrument Name
型号规格: RS-WS-WIFI-C3
Mode/Type
出厂编号: 33011912
Serial No.
管理编号: /
Management No.
制造单位: /
Manufacturer



批准人 刘雷
Approved by
核验员 苏彦彩
Checked by
校准员 刘雷
Calibrated by

接收日期	2024	年	08	月	23	日
Received Date		Year		Month		Day
校准日期	2024	年	08	月	23	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期	2024	年	08	月	23	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 保定市兴业路289号U谷产业园1号楼

Address: Building 1, U Gu Industrial Park, No. 289, Xingye Road, Baoding

邮编 (Post Code): 071000

邮箱 (E-mail): hbjckjyxs@163.com

电话 (Tel): 15830255575





河北秋珩检测科技有限公司
HEBEIQIUHENGJIANCEKEJIYOUXIANGONGSI

证书编号：QHJC20240823T005

校准环境条件及地点：					
温度	(22.4~22.6) °C	地点	本公司1302热学室（1）		
湿度	(49~51) %RH	其它	/		
校准依据：					
JJF1076-2020《数字式温湿度计校准规范》					
校准使用的主要计量标准器：					
名称/ 设备编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至	溯源机构
冷镜式露点仪 231120580	(0~50) °C	温度：U=0.02°C，k=2	RA23S-AF103451	2024-12-4	北京市计量检测 科学研究院
精密露点仪 231120580	(5~95) %RH	湿度：U=1.1%RH，k=2	RA23S-GC100489	2024-12-4	北京市计量检测 科学研究院
温湿度标准箱 231129669	温度：(0~50) °C 湿 度：(5~95) %RH	温度均匀度：U=0.12 °C，k=2；湿度均匀度： U=0.5%RH，k=2；温度 波动度：U=0.08°C， k=2；湿度波动度： U=0.4%RH，k=2；温度 变化率：U=0.03°C， k=2；湿度变化率： U=0.2%RH，k=2	T23-20231570	2024-11-28	山东省计量科学 研究院
提示说明：					
1、在使用过程中，如对该计量器具的计量性能产生怀疑，请重新校准； 2、未经本实验室书面批准，不得部分复印本证书； 3、本证书未加盖“河北秋珩检测科技有限公司校准专用章”无效； 4、本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效，本证书校准项目已与客户达成协议； 5、根据客户要求和校准文件的规定，建议校准周期间隔为：12 个月； 6、标注“*”参数，不在CNAS认可范围内； 7、本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。					





校准结果

1、外观及功能性检查: 符合要求

2、温湿度计修正值校准结果:

2.1 温湿度计温度修正值:

温度设定值 (°C)	标准值 (°C)	被校仪器示值平均值 (°C)	修正值 (°C)	测量结果的不确定度 U (°C), $k=2$
10	10.00	10.4	-0.4	0.3
20	20.01	20.3	-0.3	0.3
30	30.00	30.4	-0.4	0.3
40	40.01	40.1	-0.1	0.3

2.2 温湿度计湿度修正值: (校准温度在20°C时)

湿度设定值 (%RH)	标准值 (%RH)	被校仪器示值平均值 (%RH)	修正值 (%RH)	测量结果的不确定度 U (%RH), $k=2$
10	10.04	10.6	-0.6	1.3
20	20.07	20.4	-0.3	1.3
30	30.07	30.5	-0.4	1.3
40	40.03	40.5	-0.5	1.3
50	50.04	50.1	-0.1	1.3
60	60.01	60.3	-0.3	1.3
70	70.06	70.5	-0.4	1.3
80	80.05	80.3	-0.3	1.3
90	90.03	90.6	-0.4	1.3

.....以下空白.....

