



# 中检西南计量有限公司

## 校准证书



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L6200

证书编号: 9025144275



客户名称 智翔（上海）医药科技有限公司

联络信息 中国（上海）自由贸易试验区沈括路581号1幢第五层102室

样品名称 医用冷藏箱

型号 / 规格 HYC-650

出厂编号 BE03L L00N0 0QJMA EP2YR 设备编号: /

制造单位 青岛海尔生物医疗股份有限公司

接收日期 2024 年 08 月 16 日

校准日期 2024 年 08 月 16 日



批准人 朱玉平 部长

核验员 宋晗瑞

校准员 张辉

发布日期: 2024 年 08 月 16 日

地址: 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经牛路3号

联系电话: 0871-64105422

传真: 0871-64577518

监督电话: 0871-64636302

邮编: 650217

网址: <http://www.ynccttc.com>

电子邮件: [kfzx@ynccttc.com](mailto:kfzx@ynccttc.com)



扫一扫查真伪



# 中检西南计量有限公司

证书编号: 9025144275



1. 我公司仅对加盖“中检西南计量有限公司校准专用章”的完整证书负责。
2. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制本证书。
3. 本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效, 如有疑问请在15个工作日内反馈。
4. “委托方”、“联络信息”由委托方提供, “型号/规格”、“出厂编号(或设备编号)”以及“制造单位”为仪器上标注。
5. 本证书中给出的扩展不确定度依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》评定, 由合成标准不确定度乘以包含概率约为95%时对应的包含因子k得到。
6. 本次校准项目/参数的详细认可范围请查看CNAS网站中注册编号L8200的证书附件, 超出范围的内容未被认可。

校准环境条件及地点:

温度: 22.0 °C      地点: 现场\_该医院门诊1层中心试验药房  
湿度: 47 %RH      其他: 保定市第二医院

本次校准所依据/参照的技术文件(代号、名称):

JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

本次校准所使用的计量标准装置、主要计量器具/标准物质

| 名称      | 编号        | 测量范围        | 不确定度或准确度等级<br>或最大允许误差            | 溯源机构<br>及证书号                 | 有效期至       |
|---------|-----------|-------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| 温度巡回检测仪 | 220823178 | (-80~300)°C | $U=0.10^{\circ}\text{C}$ , $k=2$ | 中检西南计量有限公司<br>9021010562-001 | 2024-09-06 |

溯源性: 本次校准使用的计量标准器具均可溯源至国家计量基准/测量标准和国际单位制(SI)。

其他说明: /




证书编号: 9025144275



校准数据/结果

1、传感器布点示意图



2、温度参数校准 (单位: °C)

| 校准点 | 上偏差  | 下偏差   | 均匀度  | 波动度        | $U(k=2)$ |
|-----|------|-------|------|------------|----------|
| 5   | 0.13 | -0.54 | 0.16 | $\pm 0.34$ | 0.30     |

建议复校时间间隔12个月

~以下空白~