



河北秋珩检测科技有限公司
HEBEIQIUHENGJIANCKEKEJIYOUXIANGONGSI

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: QHJC20240816Y030
Certificate No.

客户名称: 保定市第二医院
Client Name

联络信息: 东风西路338号
Contact Information

器具名称: 液基薄层细胞制片机
Instrument Name

型号规格: LD-ZPJ
Mode/Type

出厂编号: ZPJ-15-049
Serial No.

管理编号: /
Management No.

制造单位: 武汉兰丁智能医学股份有限公司
Manufacturer



批准人 刘雷
Approved by
核验员 刘子在
Checked by
校准员 张泽峰
Calibrated by

接收日期	2024	年	08	月	15	日
Received Date		Year		Month		Day
校准日期	2024	年	08	月	16	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期	2024	年	08	月	20	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 保定市兴业路289号U谷产业园1号楼

Address: Building 1, U Gu Industrial Park, No. 289, Xingye Road, Baoding

邮编 (Post Code): 071000

邮箱 (E-mail): hbqhjckjyxgs@163.com

电话 (Tel): 15830255575





河北秋珩检测科技有限公司

HEBEIQIUHENGJIANCEKEJIYOUXIANGONGSI

证书编号：QHJC20240816Y030

校准环境条件及地点：			
温度	(23.5~25.1) °C	地点	客户外科楼3楼病理科
湿度	(53~55) %RH	其它	/

校准依据：
JJF（冀）167-2019《医用离心机校准规范》

校准使用的主要计量标准器：

名称/ 设备编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至	溯源机构
数字转速表 S238599	(0.1~30000)r/min	$U_{rel}=0.01\%$, $k=2$	LNDC- 240301151077	2025-1-5	辽宁东测检测技 术有限公司

提示说明：

- 1、在使用过程中，如对该计量器具的计量性能产生怀疑，请重新校准；
- 2、未经本实验室书面批准，不得部分复印本证书；
- 3、本证书未加盖“河北秋珩检测科技有限公司校准专用章”无效；
- 4、本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效，本证书校准项目已与客户达成协议；
- 5、根据客户要求和校准文件的规定，建议校准周期间隔为：12 个月；
- 6、标注“*”参数，不在CNAS认可范围内；
- 7、本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。





校准结果

1、外观检查: 符合要求

2、转速的校准

校准点 (r/min)	测量结果 (r/min)	示值误差 (%)	技术指标要求 (%)	测量不确定度 $U_{rel}(\%)$, $k=2$
1000	1006	-0.6	± 2.5	0.3

3、转速稳定性

转速 (r/min)	稳定性 (%)	技术指标要求 (%)
1000	0.7	≤ 1.0

.....以下空白.....

