



深圳国检计量测试技术有限公司

Shenzhen guojian Calibration and Testing Technology Co., Ltd.

校准证书 Calibration Certificate

证书编号 Certificate No.	SZGJ56672408270037	第 1 页, 共 3 页 Page of
委托方 Client	保定市第二医院	
地址 Address	东风西路338号	
样品名称 Description	眼底照相机	
型号规格 Model/Type	VISUCAMNM/FA	
制造厂 Manufacturer	蔡司光学仪器上海国际贸易有限公司	
出厂编号 Serial No	1076199	
管理编号 Management No	/	
接收日期 Rcvd Date	2024-08-27	校准日期 Calibration Date 2024-08-27
批准 Approved by	袁兴生	
核验 Checked by	杨萌	
校准 Calibration by	谈振华	

发证单位(专用章)
Issued by (stamp)



地址: 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科创园D座420

Address : 420, Block D, Colorful Science Park, No.5 Guanle Road, Luhua Community, Guanhu Street, Longhua

District, Shenzhen

电话: 0755-23195312

传真: 0755-23195312

邮编: 518107

Tel: 0755-23195312

Fax: 0755-23195312

Post Code: 518107



说明

Directions

第 2 页 共 3 页

Page of

证书编号：SZGJ56672408270037

Certificate No.

1. 本公司实验室经中国合格评定国家认可委员会审核，符合ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》的要求，认可证书号：No.L5667。本公司实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。

This laboratory is accredited to ISO/IEC 17025《Requirements for the competence of Testing and Calibration Laboratories》,CNAS Accreditation Certificate No.L5667. All the data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).

2. 对本次校准若有异议，委托方应于收到被校件之日起十五日内向本公司提出。

If there is any objection concerning the calibration, the Client should inform the issuing company within 15 days from the date of the device under test return to the client.

3. 未经本公司许可，不得部分复印、摘用或篡改本证书的内容。

This report may not be reproduced, except in full, without the written approval of NTIT.

4. 本证书校准结果只与被校准仪器有关。

The results reported herein apply only to the calibration of the item described above.

5. 本次校准的技术依据：

Procedures for the Calibration:

JJF 1914-2021《金相显微镜校准规范》

6. 本次校准所使用的主要计量标准器具：

Major standards of measurement used in the calibration/inspection:

设备名称 Equipment name	编号 Serial No.	溯源单位 Traceability Institute	证书号/有效期 Due No Date
玻璃线纹尺	200592435	广东省计量院	CJC202416204/2025-07-21
倍率计	6282-2	广东省计量院	CYY202401204/2025-07-25

7. 校准/检测地点、环境条件：

Place and environmental conditions of the calibration/inspection:

地点：委托方实验室

温度：24℃

相对湿度：56%

Place

Temperature

Relative Humidity

8. 建议下次校准日期为：

Suggested date for the next calibration

2025年08月26日

校准结果

Result of Calibration

证书编号:SZGJ56672408270037
Certificate No.

1、外观及各部分相互作用: 正常
Appearance and interreaction: Pass

2、放大倍数校准:

目镜标称放大倍数	目镜实测放大倍数	目镜放大倍数精确度	技术指标	结论
Nominal magnification	Actual magnification	Magnification accuracy	Specification	Conclusion
(X)	(X)	(%)	(%)	(P/F)
10	10.1	0.4	±5	P

物镜标称放大倍数	物镜实测放大倍数	物镜放大倍数精确度	技术指标	结论
Nominal magnification	Actual magnification	Magnification accuracy	Specification	Conclusion
(X)	(X)	(%)	(%)	(P/F)
4	4.0	0.0	±5	P
10	10.0	0.0	±5	P
40	40.0	0.0	±5	P
60	60.3	1.2	±5	P

1.本次测量结果扩展不确定度(Expanded uncertainty of the measurement results)

$$U_{rel}=1.5\% (k=2)$$

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)