



河北秋珩检测科技有限公司  
HEBEIQIUHENGJIANCEKEJIYOUXIANGONGSI

# 校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: QHJC20250815Y1001  
Certificate No.

客户名称: 保定市第二医院  
Client Name

联络信息: 东风西路338号  
Contact Information

器具名称: 液基薄层细胞制片机  
Instrument Name

型号规格: LD-ZPJ  
Mode/Type

出厂编号: BLK-007  
Serial No.

管理编号: /  
Management No.

制造单位: 武汉兰丁智能医学股份有限公司  
Manufacturer



批准人 刘雷  
Approved by 刘雷  
核验员 孙海旺  
Checked by 孙海旺  
校准员 刘子龙  
Calibrated by 刘子龙

接收日期	2025	年	08	月	14	日
Received Date		Year		Month		Day
校准日期	2025	年	08	月	15	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期	2025	年	08	月	18	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 保定市兴业路289号U谷产业园1号楼

电话 (Tel): 15830255575

Address: Building 1, U Gu Industrial Park, No. 289, Xingye Road, Baoding

邮编 (Post Code): 071000

邮箱 (E-mail): hbqhjckjyxgs@163.com





# 河北秋珩检测科技有限公司

HEBEIQIUHENGJIANCEKEJIYOUXIANGONGSI

证书编号：QHJC20250815Y1001

<b>校准环境条件及地点：</b>					
温度	(24.1~25.3) °C	地点	客户检验科		
湿度	(48~50) %RH	其它	/		
<b>校准依据：</b>					
JJF 2004-2022 《医用离心机校准规范》					
<b>校准使用的主要计量标准器：</b>					
名称/ 设备编号	测量范围	不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差	证书编号	有效期至	溯源机构
无线离心机校准仪 (转速) 100125023	(20~30000) r/min	$U_{rel}=5\times 10^{-4}, k=2$	LSvm2025-01433	2026-3-20	中国计量科学研究 院
<b>提示说明：</b>					
1、在使用过程中，如对该计量器具的计量性能产生怀疑，请重新校准； 2、未经本实验室书面批准，不得部分复印本证书； 3、本证书未加盖“河北秋珩检测科技有限公司校准专用章”无效； 4、本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效，本证书校准项目已与客户达成协议； 5、根据客户要求和校准文件的规定，建议校准周期间隔为：12 个月； 6、标注“*”参数，不在CNAS认可范围内； 7、本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。					





## 校准结果

### 1、转速示值误差

校准点 (r/min)	测量结果 (r/min)	示值误差 (%)	技术指标要求 (%)	测量不确定度 $U_{rel}, k=2$
1000	1005.0	-0.5	±2.5	0.2%

### 2、转速稳定性

转速 (r/min)	稳定性 (%)	技术指标要求 (%)
1000	0.8	≤1.0

.....以下空白.....

